

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy postępowania pn.: Zakup strzałek do szycia łąkotki na potrzeby ZOZ w Łęczycy”
Znak sprawy: ZOZ.ZP.382-10/23/P

W odpowiedzi na zapytania :

1. Dot. Załącznika nr 1 cz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Załączniku nr 1 cz.2 produkt o następujących parametrach:

System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwany węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. § 5 ust. 1 Projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wskazanie planowanego terminu obowiązywania umowy.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Dot. § 8 Projektu umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pytanie do projektu umowy § 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu

Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres e-mail: Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?

Zgodnie z SWZ

5. Pytanie do projektu zapytania ofertowego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Zgodnie z SWZ.

6. Pytanie do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów?:

1. *Dwa razy w roku Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.*

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. *Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Depozycie i zwrotu Wykonawcy dostarczonego i niewykorzystanego towaru nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia. Wykonawca w takich przypadkach zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2 dni roboczych towar na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji.*

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. *Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).*

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

4. *W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru przed upływem daty ważności, taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § 12 Umowy.*

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Z up. DYREKTORA
Kierownik
Sekcji Controllingu i Analiz

KIEROWNIK
Sekcji Controllingu i Analiz
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Lukasz Kaźmierczak
Lukasz Kaźmierczak

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Pamela Janecka-Szłozer
mgr Pamela Janecka-Szłozer