

Łęczycza, 26 czerwca 2023


## WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów koagulologicznych”

Znak sprawy: ZOZ.ZP.382-9/23/P

### W odpowiedzi na zapytania :

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wydajność zaoferowanego analizatora była nie mniejsza niż 120PT/h?  
**Zamawiający nie wymaga.**
2. Czy Zamawiający wymaga analizatora z możliwością załadunku nie mniej niż 200 kuwet na pokład analizatora?  
**Zamawiający wymaga.**
3. Czy Zamawiający wymaga analizatora z możliwością załadunku minimum 60 prób badanych na pokład analizatora?  
**Zamawiający nie wymaga.**
4. Czy Zamawiający wymaga analizatora wykorzystującego jednorazowe kuwety, nie łączone w segmenty?  
**Zamawiający wymaga.**

2 up.  
**KIEROWNIK**  
Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  
  
**mgr Pamela Janecka-Szlozer**