

Łęczycza, 26 czerwca 2023

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów koagulologicznych”

Znak sprawy: ZOZ.ZP.382-9/23/P

W odpowiedzi na zapytania :

1. Czy Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do Szpitalnego Systemu Informatycznego? Jeśli tak, to jaki dokładnie jest to system? Taka informacja jest potrzebna do oszacowania dokładnych kosztów.
Tak, do programu Esculap.
2. Czy Zamawiający wymaga kontroli na jednym czy dwóch poziomach?
Na dwóch poziomach.
3. Jak często Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę?
Raz dziennie.

Z up. DYREKTORA
Kierownik
Sekcji Controingu i Analiz


Lukasz Kazmierczak

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


mgr Pamela Janecka-Szlozer